



## Ermittlung der Dosisbelastung des Patienten nach §3 RÖV

Die Dosisbelastung des Patienten wird als Dosisflächenprodukt angegeben. Das Dosisflächenprodukt ist die Dosis die während der Aufnahme vom Gerät abgegeben wird und zum größten Teil vom Patienten absorbiert wird. Als Einheit für das Dosisflächenprodukt steht  $\text{mGycm}^2$ .

Das Dosisflächenprodukt ist das Produkt der Belichtungszeit (s), des Stroms (mA) und des Energiedosisflächenprodukts.

Die Grundlage für die Bildung des Dosisflächenprodukts ist das Energiedosisflächenprodukt (s. Tabelle). Zur Ermittlung des Energiedosisflächenprodukts müssen zuerst das Aufnahmeprogramm und die kV am Bedienpaneel des Gerätes abgelesen werden. Mit Hilfe des Aufnahmeprogramms und der kV kann jetzt das Energiedosisflächenprodukt aus der Tabelle ermittelt werden. Anschließend braucht zur Bildung des Dosisflächenprodukts nur noch das Energiedosisflächenprodukt mit dem Strom (mA) und der Belichtungszeit multipliziert werden.

Beispiel:

Von einem Patienten wird im Standardpanoramaprogramm eine Röntgenaufnahme erstellt. Die für die Aufnahme am Bedienpaneel eingestellten Parameter sind 65 kV, 6mA, 19s. Unter Verwendung der Tabelle1 kann jetzt das Energiedosisflächenprodukt von in diesem Beispiel  $0,554 \text{ mGycm}^2/\text{mAs}$  ermittelt werden. Dieses wird jetzt mit dem Strom 6 mA und der Belichtungszeit 19s multipliziert so das sich für unser Beispiel ein Dosisflächenprodukt von  $108,1 \text{ mGycm}^2$  ergibt.

Panoramaprogramm:            65 kV  
    6 mA  
    19 s

Energiedosisflächenprodukt nach Tabelle1

65 kV                         $0,554 \text{ mGycm}^2/\text{mAs}$

Dosisflächenprodukt

Energiedosisflächenprodukt x Strom x Belichtungszeit = Dosisflächenprodukt  
 $0,554 \text{ mGycm}^2/\text{mAs} \quad \times \quad 6 \text{ mA} \quad \times \quad 19 \text{ s} \quad = \quad 63,16 \text{ mGycm}^2$

Tabelle zur Ermittlung des Energiedosisflächenprodukt für die Bestimmung der Dosisbelastung des Patienten nach § 3 RÖV

Die Tabelle gilt nur zur Verwendung bei Geräten des Cranex Basex D oder Cranex Excel D der Firma Soredex.

Energiedosisflächenprodukt $\frac{\text{mGy} \times \text{cm}^2}{\text{mAs}}$	
kV	Programme
	Panorama
63	0,507
65	0,554
67	0,569
69	0,616
71	0,655
73	0,694
75	0,725
77	0,756
79	0,780
81	0,823

Tabelle

Abweichungen:  $\pm 20\%$