


Bestätigung


Hiermit bestätigen wir die Einhaltung der Anforderungen aus EN 60601-2-7:1998, Abschnitt 29.1.104e:

„... Entweder muss das Produkt aus RÖNTGENRÖHRENSPANNUNG, RÖNTGENRÖHRENSTROM und BESTRAHLUNGSZEIT auf maximal 60 kJ je BESTRAHLUNG begrenzt sein, oder das STROM-ZEIT-PRODUKT muss auf maximal 600 mAs je BESTRAHLUNG begrenzt sein. ...“

Die Nachweise sind in folgender Aufstellung produktbezogen hinterlegt:

| Produkt | Sachnummer |
|---------------------------------------|----------------|
| Polydoros IT 55, IST 55, IT 65, IT 80 | 7759793 x 2287 |
| Polydoros LX 50 | 1170427 x 2169 |
| Polydoros LX 80 | 5759001 x 2169 |
| Polydoros SX 65/80 | 3774119 x 2206 |
| Polydoros SX 50/80 | 1167050 x 2075 |
| Polydoros 80S/50S | 1104756 x 1740 |
| Polymat 70 | 1164909 x 2101 |
| Polyphos 50 | 1108187 x 1564 |
| Polydoros 80/100 | 1167449 x 2124 |

26.04.06 
Datum, Unterschrift

26.04.06 
Datum, Unterschrift